MHLab

DM0412P



CENTRÍFUGA

Registro Anvisa 80223480078

- Máxima Velocidade **4500 rpm**
- A velocidade do rotor pode ser definida em **RPM / RCF**
- **9 programas para personalização** podem ser armazenados na memória
- **Potente CPU** para fácil operação de velocidade, tempo e todos os outros parâmetros
- Visor de processamento de fácil leitura e **alerta sonoro**
- **Desbloqueio automático** da tampa após o funcionamento
- **Centrifuga em conformidade com as normas e regulamentos internacionais de segurança** (CE, cTUVus e FCC), e aprovada no teste à prova de explosão /teste MCA de acordo com IEC / EN61010-2-20
- **Aprovada** em EN61010-2-101: 2 0 0 2, requisitos específicos para equipamento médico de diagnóstico In-Vitro (IVD)
- Motor DC sem escovas, **livre de manutenção**

Fabricado por:

DLAB

ESPECIFICAÇÕES

Faixa de velocidade:	300-4500 rpm, Incremento: 10rpm
Máx. RCF:	2.490 × g, Incremento: 10g
Precisão de velocidade:	± 10rpm
Capacidade do rotor:	8x15ml, 12x10ml/7ml/5ml
Tempo de execução:	30seg-99min
Visor/Tela:	LCD
Programas predefinidos:	PRP / PRF / CGF
Memória de programas personalizados:	9 programas (6 passos para cada programa)
Dispositivos de segurança:	Bloqueio da porta, detector de velocidade excessiva, diagnóstico interno automático.
Energia/potência:	100 V - 240 V, 50 Hz / 60 Hz, 3 A, 70W
Ruído:	≤ 56dB
Dimensão [LxPxA]:	301 × 354 × 217mm
Peso:	6kg
Certificação:	CE, cTUVus, IVD
Características avançadas:	Interruptor de velocidade / RCF; Lembrete de alerta sonoro

A centrífuga MHLAB DM0412P é fornecida com um rotor angular que pode conter tubos de vácuo de até 15mL × 8 ou 10mL / 7mL / 5mL × 12 (A12-10P). É ideal para o preparo de amostras em cosmetologia e odontologia, como também, em áreas de ortopedia, cirurgia estética, cirurgia oral, etc.



Número do orifício	Diâmetro do rotor (mm)	Diâmetro do orifício (mm)
12	229	18.6

Profundidade do orifício (mm)	Altura máx. do tubo (mm)
83.4	130